

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIZ ALVES**

EXTRATO DE ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018

Modalidade: Pregão Presencial.

Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE LUIZ ALVES.

Em relação a errata nº 01 referente ao **Termo de Referência (Anexo V) do Edital**, nas **especificações/descrições detalhadas**, *onde se lê*: "... monitor LCD min. 17" tela plana de alta resolução, faixa dinâmica de no mínimo 250 DB e no mínimo 200.000 canais de processamento digital..."; *leia-se*: "... monitor deverá ser de LCD ou LED de alta resolução com no mínimo 19", faixa dinâmica superior a 250 DB e o equipamento deverá ter no mínimo 100.000 canais de processamento...". Neste sentido, altera-se a data de abertura dos envelopes para o dia 13 de abril de 2018, às 09h: 15min.

Luiz Alves, 27 de março de 2018.
Marcos Pedro Veber – Prefeito Municipal