



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
RECEBIDO

06 FEV. 2020

João Devilart Brondi dos Santos
Auxiliar Administrativo
079 593 677 - 29

RECEBIDO ÀS
15:35

MEMORANDO CIRCULAR Nº 013/2020/SMS-AB

Luiz Alves/SC, 04 de fevereiro de 2020.

Sr.
JOÃO DEVILART BRONDI DOS SANTOS
Gestor de Pregões
Nesta

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente para informar a avaliação das amostras fornecidas conforme quadro abaixo:

Item	Produto	Empresa	Marca	Avaliação	Resultado da Avaliação
24	Atadura de Crepom 10cm	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	GAZETEX	Produto não se enquadra nos parâmetros de rotulagem no que diz respeito a identificação do produto, conforme NBR 14.056 e normas adjacentes. Além disto o produto veio em comprimento de aproximadamente 2,30m ao ser aberto sem tensionar o produto e pesando 23g, ao cortar o produto também sem tensioná-lo em aproximadamente 1,90m o produto pesou 17g, ou seja, ultrapassando os limites de desvio padrão indicados pelo INMETRO, o que acaba por não respeitar o peso e características do produto indicado conforme a NBR 14.056.	Reprovada
25	Atadura de	CLASSMED	GAZETEX	Produto não se enquadra nos parâmetros de	Reprovada



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Crepom 15cm	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-		rotulagem no que diz respeito a identificação do produto, conforme NBR 14.056 e normas adjacentes. Além disto o produto veio em comprimento de aproximadamente 2,80m ao ser aberto sem tensionar o produto e pesando 34g, ao cortar o produto também sem tensioná-lo em aproximadamente 1,90m o produto pesou 25g, ou seja, ultrapassando os limites de desvio padrão indicados pelo INMETRO, o que acaba por não respeitar o peso e características do produto indicado conforme a NBR 14.056.	
26	Atadura de Crepom 20cm	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	GAZETEX	Produto não se enquadra nos parâmetros de rotulagem no que diz respeito a identificação do produto, conforme NBR 14.056 e normas adjacentes. Além disto o produto veio em comprimento de aproximadamente 2,70m ao ser aberto sem tensionar o produto e pesando 45g, ao cortar o produto também sem tensioná-lo em aproximadamente 1,90m o produto pesou 33g, ou seja, ultrapassando os limites de desvio padrão indicados pelo INMETRO, o que acaba por não respeitar o peso e características do produto indicado conforme a NBR 14.056.	Reprovada
27	Atadura de Crepom 06cm	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	GAZETEX	Produto não se enquadra nos parâmetros de rotulagem no que diz respeito a identificação do produto, conforme NBR 14.056 e normas adjacentes. Além disto o produto veio em comprimento de aproximadamente 2,47m ao ser aberto sem tensionar o produto e pesando 13g, ao cortar o produto também	Reprovada



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

				sem tensioná-lo em aproximadamente 1,90m o produto pesou 10g, ou seja, ultrapassando os limites de desvio padrão indicados pelo INMETRO, o que acaba por não respeitar o peso e características do produto indicado conforme a NBR 14.056.	
28	Atadura de Crepom 08 cm	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	BIOTEXTIL	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
45	Cânula de Traqueostomia STD no. 06	SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	CPL	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
85	Compressa de gaze 7,5x7,5cm	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	LARISMED	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
86	Compressa de gaze algonada (chumaço estéril) 10x15cm	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	FAROL	Não enviou amostra.	Reprovada
87	Compresa de gaze pacote com 5 unidades 7,5x7,5cm	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	BIOTEXTIL	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
88	Compressa de	INFINITY	BIOTEXTIL	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	gaze tipo queijo 91cmx91m	MEDICAMENTOS EIRELI			
103	Equipo para nutrição enteral	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	DESCARPACK	Não enviou amostra.	Reprovada
111	Esparadrapo comum grande 10cmx4,5m	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	MISSNER	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
112	Esparadrapo comum pequeno 2,5cm x 4,5m	SANIMED E INDUSTRIA DE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALA	MISSNER	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
113	Esparadrapo Comum 5cmx4,5cm	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	MISSNER	Não enviou amostra.	Reprovada
114	Esparadrapo hipoalergênico cor bege 10cmx4,5m	SAUDE IMPERIAL DE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	MISSNER	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
115	Esparadrapo hipoalergênico branco 2,5cmx4,5m	SAUDE IMPERIAL DE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	COPERTINA	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

116	Esparadrão hipoalergênico branco 5,0cmx4,5m	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	COPERTINA	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
134	Fita adesiva hospitalar 16mmx50m	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	MASTERFIX	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
145	Frasco para nutrição enteral asséptico 300ml	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	EMBRAMED	Características da amostra não estão de acordo com as exigidas no edital.	Reprovada
166	Lençol de papel hospitalar	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	DESCARBOX	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
175	Luva de procedimento em látex talcada tamanho G	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	UNIGLOVES	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
176	Luva de procedimento em látex talcada tamanho M	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	UNIGLOVES	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
177	Luva de procedimento em látex talcada	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS	UNIGLOVES	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	tamanho P	HOSPITALARES L			
178	Luva de procedimento em látex talcada tamanho PP	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	UNIGLOVES	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada
238	Sistema fisiológico 0,9% sistema fechado 250ml	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	SANOBIOL	Características da amostra exigidas estão de acordo.	Aprovada

Atenciosamente,


Julieta Cristina Fernandes Schmidt
Coordenadora de Saúde