

A
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ERICH GIELOW, Nº 35 – CENTRO
CEP: 89.128-000 - LUIZ ALVES/SC

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2020
PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020

ENTREGA ENVELOPES: ATÉ ÀS 8H45MIN DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ABERTURA DA SESSÃO: ÀS 9H00MIN DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados (a) senhores (a);

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços, acatando todas as estipulações consignadas no edital de licitação, conforme abaixo:

ITEM	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Und.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
32	Aparelho de ultrassom bivolt com caneta de ultrassom com luz de led, com jato de bicarbonato odontológico, com bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Reservatório de bicarbonato aquecido por estar externo ao equipamento. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Ultrassom piezoelétrico ativado por pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000hz. Frequência mínima: 50 a 60 hz. Potência mínima: 60va. MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	Unid	03	R\$ 2.600,00 (- DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS-)	R\$ 7.800,00 (- SETE MIL E OITOCENTOS REAIS-)
41	Bomba de vácuo odontológica com capacidade para 04 consultórios, alimentação bivolt, sistema automático de descarga dos resíduos e comando de acionamento eletrônico. Motor com eixo central em inox, turbina completa em liga de bronze e filtro de entrada de água e filtro coletor de detritos. Vazão de ar: 200lt/mín. Vazão de água 0,30l/mín. Frequência 60hz. Motor: 1 cv. MODELO: PRIME VACUUM PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL	Unid	04	R\$ 3.000,00 (- TRÊS MIL REAIS-)	R\$ 12.000,00 (- DOZE MIL REAIS-)


	RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)				
82	<p>Caneta de alta rotação com spray triplo, cabeça torque com 12,3mm. Rolamento de cerâmica, acoplamento bordem 2 furos, push-button para fixação da broca. Caneta com corpo e cabeça confeccionado em liga metálica de cobre e zinco para maior resistência a impactos. O tratamento superficial deve ser com camadas de níquel e cromo para resistência na autoclavagem. Rotação de 360.000 à 420.000 rpm.</p> <p>"Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".</p> <p>MODELO: PRIME CX207-W-2 (Y –S3 PB) MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009</p>	Unid	06	R\$ 320,00 (- TREZENTOS E VINTE REAIS-)	R\$ 1.920,00 (- UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS-)
89	<p>Compressor de ar odontológico bivolt para no mínimo 1 consultório odontológico sem bomba á vacuo e para 2 consultórios com bomba a vácuo. Não necessita lubrificação e com tratamento interno e externo antioxidante. Pressostato com chave liga/desliga, válvula de segurança. Relé térmico para proteção contra quedas picos de tensão, desligando automaticamente em temperatura excessiva. Vazão efetiva 340lt/min. Capacidade do reservatório 50 litros. Velocidade da rotação do motor 1750rpm. Pressão máxima de trabalho 120 psi. Frequência 60hz.</p> <p>MODELO: PRIME AIR 50 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL</p> <p>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	Unid	02	R\$ 3.000,00 (- TRÊS MIL REAIS-)	R\$ 6.000,00 (- SEIS MIL REAIS-)
96	<p>Consultório odontológico completo incluindo: Cadeira Odontológica Prime: estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação bilateral com acionamento central. Base em aço com debrum antiderrapante, dispensa de fixação no piso mas com pontos para fixação ao chão. Botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira. Comando na base da cadeira realizado nos pés por pedal com 09 a 13 funções, 04 individuais e 05 automáticos, acionamento por joystick da movimentação subida e descida do encosto e do assento, 01 botão de acionamento e ajuste da intensidade do refletor, 01 botão de acionamento do volta zero, 01 botão para acionamento das 03 posições de trabalho e a última posição acionada (Last Position tipo trendelemburg -5º). Encosto com possibilidade de movimentação. Pintura eletrostática com bactericida, base revestida com carenagens em ABS / integral skyn a fim</p>	Unid	02	R\$ 11.000,00 (- ONZE MIL REAIS-)	R\$ 22.000,00 (- VINTE E DOIS MIL REAIS-)

de evitar oxidação. Caixa de distribuição do conjunto ao capô da cadeira para facilitar o espaço. Pedal de comando tipo joystick, incorporado a base da cadeira. Placas de comando sob o assento da cadeira, a fim de evitar oxidação. Sistema de elevação eletromecânico acionado motorreduzidores, sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem de 24 volts. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço. Tensão de alimentação 90 a 240 Vac ~ 50/60Hz. Braços de apoio para paciente, esquerdo e direito, com estrutura interna de metal sendo direito escamoteável. Encosto de cabeça (cabeceira) anatômico, removível, com regulagem de altura e biarticulado com regulagem anteroposterior e a possibilidade para atendimento a cadeirantes. Estofamento de espuma injetada de alta densidade, revestida em PVC sem costuras ou dobras. Caixa de ligação na base da cadeira de fácil instalação e manutenção. A carga de Trabalho de Segurança (Carga Máxima de levantamento da cadeira (Paciente + acessórios e partes acopladas) é de 200 kg. Ambidestro.

Equipo odontológico Prime Flex: Tipo Flex acoplado a cadeira com braços biarticuláveis com regulagem com movimento horizontal e movimento vertical com travamento pneumático Braço flex com travamento pneumático. Mesa em plástico resistente (proteção UV) com suporte dos instrumentos com angulação de 45°. Suporte para até 05 terminais sendo com 01 terminal com uma seringa triplice (bico giratório, removível e autolavável), 01 terminal bordem refrigerado para alta rotação e 01 terminal bordem para baixa rotação com spray refrigerado. Sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais. Pedal progressivo para acionamento das peças de mão. Bandeja/Tampo de inox removível e autoclavável. Puxadores bilaterais. Reservatório de água para alimentação dos terminais bordem e seringa. Mangueiras lisas, arredondadas leves e flexíveis.

Unidade Auxiliar Odontológica Prime: acoplada à cadeira com abertura em 90 graus. Cuba da cuspeira removível para assepsia e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Acionamento de água através de registro com ajuste de intensidade e liga/desliga da água. Unidade com corpo revestido em plástico PBT de alto impacto. Com 01 sugador Sistema Venturi. Suporte dos sugadores com acionamento automático e pneumático. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis e de engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas, com separador de detritos e tela em inox.

Refletor odontológico Prime: com luminosidade de 40.000 (+/-15%), lux a 3.000 (+/-15%) lux. Luz de led branca selecionada em 04 intensidade graduais, com acionamento por sensor de proximidade e no pedal da cadeira. Cabeçote em material resistente com giro de 620 graus. Espelho multifacetado com sistema de iluminação LED por reflexo (luz indireta) que evita sombras durante o trabalho (Cada faceta é microfacetada para obter luz natural de alta qualidade, absolutamente sem sombra). Fonte de luz fria não gera calor no campo operatório. Braço multiarticulado. Puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis em forma de



**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP****CNPJ: 09.560.267/0001-08****INSC. ESTADUAL: 001071076.00-35**

alça. Cabeçote em material resistente, estrutura em polímero injetado, espelho multifacetado. Protetor frontal removível. Braço balanceado com mola e articulações metálicas. Estrutura em aço revestida em ABS com bactericida.

"Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)".

MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue:

1. Tubulação totalmente embutida (Cadeira)
2. Encosto de cabeça biarticulado (Cadeira)
3. Braço rebatível / escamoteável com abertura (Cadeira)
4. Braço flex com travamento pneumático (Equipo)
5. Terminal de baixa rotação com refrigeração (Equipo)
6. Rebatimento com giro de até 180° (Unidade Auxiliar)

COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR

MARCA: DENTEMED

FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.

PROCEDÊNCIA NACIONAL

REGISTRO ANVISA: 80349600007

CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO

CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

Contra ângulo odontológico com corpo confeccionado em alumínio, cabeça em liga metálica de cobre e zinco, sistema de encaixe universal intra com giro de 360 graus, esterilizável em autoclave até 135°C. Rotação mínima de 5.000 rpm e máxima de 20.000rpm, transmissão 1:1. Push button para fixação das brocas e spray externo.

"Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 –

"Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 –

"Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".

MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F - PB

MARCA: DENTEMED

FABRICANTE DENTEMED

PROCEDENCIA NACIONAL

REGISTRO ANVISA: 80349609005

Micro motor com encaixe bordem 2 furos, corpo em alumínio, sistema de encaixe universal intra com giro de 360 graus, esterilizável em autoclave até 135°C. Rotação mínima de 5.000 rpm e máxima de 20.000rpm com regulagem de velocidade e sentido no corpo do micromotor.

"Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de

Unid.

04

R\$ 400,00 (-)

QUATROCENTOS
REAIS-)

R\$ 1.600,00 (-)
UM MIL E
SEISCENTOS
REAIS-)

Unid

04

R\$ 400,00 (-)

QUATROCENTOS
REAIS-)

R\$ 1.600,00 (-)
UM MIL E
SEISCENTOS
REAIS-)

**RUA ANTONIO GRAVATA, Nº 80, BAIRRO BETÂNIA
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, CEP: 30.570-040
TEL : (31) 3374-7799 EMAIL: betaniamed@hotmail.com**

**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP****CNPJ: 09.560.267/0001-08****INSC. ESTADUAL: 001071076.00-35**

	01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – “Dentistry - Handpieces and Motors”, ISO 3964:2016 – “Dental handpieces - Coupling Dimensions”, ISO 9168:2005 – “Dental handpieces - Hose connectors”, Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016”. MODELO: MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609006				
168	Mocho odontológico, de fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico, sistema a gás para regulagem de altura do assento, base gira com rodinha, confeccionado em courvin, com encosto regulável anatômico para coluna e altura. “Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016”. MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	Unid	03	R\$ 600,00 (- SEISCENTOS REAIS-)	R\$ 1.800,00 (- UM MIL E OITOCENTOS REAIS-)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 54.720,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE REAIS)**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

Validade da proposta:	60 (sessenta) Dias - CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	15 (quinze) Dia - CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	Em até 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento - CONFORME EDITAL
Local de entrega:	Conforme indicado na OF.
Garantia	12 (Doze) Meses - CONFORME EDITAL
Frete / impostos:	INCLUSOS
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco	BANCO DO BRASIL
Agencia	1229-7

**RUA ANTONIO GRAVATA, Nº 80, BAIRRO BETÂNIA
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, CEP: 30.570-040
TEL : (31) 3374-7799 EMAIL : betaniamed@hotmail.com**

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP**CNPJ: 09.560.267/0001-08****INSC. ESTADUAL: 001071076.00-35**

Conta Corrente

124.000-5

DADOS DA EMPRESA PARA FORMULAÇÃO DE CONTRATO:

Empresa	BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI - EPP		
CNPJ:	09.560.267/0001-08	Insc. Estadual:	001.071.076-0035
Endereço	RUA ANTONIO GRAVATA, Nº 80, BAIRRO BETÂNIA, CEP 30.570-040, BELO HORIZONTE/MG.		
Telefones	(31) 3374-7799 / 33777500 / (31) 9313-4585		
Email:	betaniamed@hotmail.com / betaniamed@bol.com.br		

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:

Nome do Signatário	LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY		
Função	SÓCIO/ADMINISTRADOR		
Estado civil	CASADO	Nacionalidade	BRASILEIRA
Identidade	M - 4.010.917-SSP/MG	CPF	758.729.606-97
Residência:	RUA INSPETOR JOSÉ APARECIDO, Nº 76, SÃO BENTO, BELO HORIZONTE/MG.		

A empresa Betaniamed Comercial Eireli - EPP declara, sob as penas da Lei:

❖ O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão presencial e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fabrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico pra averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.

❖ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que devera vir no mesmo envelope das propostas.

❖ Sob as penas da Lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no edital e seus anexos.

❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado no edital e que a garantia será por um período de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.

**RUA ANTONIO GRAVATA, Nº 80, BAIRRO BETÂNIA
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, CEP: 30.570-040
TEL.: (31) 3374-7799 EMAIL: betaniamed@hotmail.com**

❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

❖ Caso sejamos vencedores segue os dados completos da pessoa responsável por assinar o instrumento de contrato que eventualmente seja firmado pelas partes: Sr. Leonardo Antonio Rodrigues Cury, brasileiro, casado, portador do CPF nº 758.729.606-97 e da cédula de identidade CI M4 010.917, sócio diretor, telefone (31) 3374-7799 e-mail betaniamed@hotmail.com, residente e domiciliado na Rua Inspetor José Aparecido, nº 76, São Bento, município de Belo Horizonte/MG.


❖ Declara ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

❖ Nos preços propostos completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, manutenção, reposição de peças, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

❖ Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega das propostas).

BELO HORIZONTE, 09 DE DEZEMBRO DE 2020

ATENCIOSAMENTE,



GASPARINO ANTONIO MARTINAZZO
PROCURADOR OUTORGADO
RG Nº 3.159.567
CPF Nº 016.969.629-43